



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ru
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

08.11.2018 № СГ-18873/04

№

ООО «Европолитест»

просп. Мира, д.81, этаж 1, помещение XIV
г. Москва, 129085

europolytest@mail.ru

На №

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Вашу заявку от 10.10.2018 № 05-102/1010-1 (вх. 29261) с комплектом документов об отнесении технического средства «Комплекс для автоматизированного биотестирования «БиоЛат» к средствам измерений.

Исходя из представленной документации, на основании экспертного заключения Управления метрологии от 02.11.2018 № 167 установлено, что указанное техническое средство в процессе функционирования не определяет количественные значения величин.

Таким образом, техническое средство «Комплекс для автоматизированного биотестирования «БиоЛат» **не может быть отнесено к средствам измерений.**

С.С.Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E CDC011E780DAE0071B1B53CD41
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 20.11.2017 до 20.11.2018

Иванов А.А.
Тел. 8 (499) 236-85-88